

# Bitácora

---

## Modelo: Micro Triangular

### Marca: MYCHWAY

En base a lo establecido en la **NOM-016-SSA3-2012**

#### Numerales :

**-5.1.13** Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlo en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

**-5.1.13.1** El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria o de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras como la siguiente.

***Este equipo es exclusivamente para uso estético***

## CONTENIDO:

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario
- Garantía de Compra
- Registro de Mantenimiento
- Bitácora de Tratamientos

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:

**Documentación oficial.** Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de

Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio.

Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

**Espacio físico interno.** El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración

física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables.

Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

**Expediente clínico.** En relación a este punto, debe tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

**Documentación interna.** La clínica o consultorio debe tener hoja diaria para el registro

de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

**Seguridad e Higiene.** El área comprendida para consultorio debe contar con un bote para

bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben de llenar a menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el aseo, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

**Prevención.** El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:

## Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México

En las casas de peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquier de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedan sujetas a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles

# MICRO TRIANGULAR

## MANUAL DE USO



## 1.Principio

La dermoabrasión de diamante es una tecnología basada en la abrasión y la succión al vacío. Es una forma física y exfoliante de remoción para refrescar la piel.

Con diferentes tubos de succión de micro-diamantes, junto con diferentes potencias de succión y la velocidad de movimiento, es fácil llegar a la parte de la piel deseada para la eliminación del exfoliante para refrescar la piel.

Es una forma no invasiva para el cuidado de la piel, no irritante, segura, sin efectos secundarios, conveniente y fácil de operar, que es popular hoy en día.

## 2.Estructura de equipo



## Repuestos-cabeza de diamante

- A) Cabeza de diamante de gran tamaño: para un área más grande, como el cuerpo, la rodilla.
- B) Cabeza de diamante de tamaño medio ---- para la zona media, como la cara y el cuello.
- C) Cabeza de diamante de tamaño pequeño: para áreas pequeñas, como la nariz y algunas áreas necesitan una operación de fuerza.

### 3. Ventajas

Todo tipo de piel está disponible.

Puede utilizar pieles sensibles.

Método físico, sin efectos secundarios y seguro.

Cabeza de diamante de diferentes tamaños.



### 4. Funcion

Mejora la calidad de la piel.

Mejora la cutina envejecida y la piel áspera.

Punto de desvanecimiento.

Reducir los poros

Promueve la circulación sanguínea y linfática.

Promueve el metabolismo.

Limpieza profunda de la piel.

Eliminar arrugas.

### Piel Objetivo



Trabajo Sedentario



A menudo toca la computadora



Duerme Tarde



Piel Seca



Piel Opaca



Piel Aspera



Espinilla



Puntos negros

## 5. Atenciom

- Por favor, haga el bloqueador solar después de la operación.
- No utilice agua caliente para limpiar la cara después de la operación.
- Por favor, no use la sauna dentro de los 10-15 días posteriores al tratamiento.
- Tiempo de intervalos de tratamiento: 1-3 semanas, según la situación personal de la piel.
- Utilice el intercambio de algodón con solución salina normal para limpiar el tubo y la cabeza.
- Cambie el filtro de algodón con regularidad.

## 6. Parametros

<b>Descripcion</b>	Máquina de belleza de limpieza facial de dermoabrasión de diamante portátil
<b>Voltaje</b>	AC100/220V,60/50 Hz
<b>Color</b>	Blanco
<b>Adaptador</b>	12V, 3A
<b>Paquete</b>	33.5*26*13 cm
<b>Peso</b>	2.5 kg

# Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908,

909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283,

1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.

## 6.- GARANTIA LIMITADA Mychway

### Aparatología Estética

Los equipos de Mychway están garantizados contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra siendo usted el usuario original o final. Durante el periodo de Garantía si falla uno de los componentes, Mychway reparara o en su caso reemplazara éstos sin cargo alguno, previo diagnostico por nuestros técnicos.

La garantía quedara anulada en cualquiera de los siguientes casos:

- Defectos o daños ocasionados por el mal uso del producto. (golpes, proximidad o exposición al calor excesivo, abusos, negligencias, contacto con el agua)
- Daños y desgastes ocasionados por el uso normal del producto.
- Si el equipo ha sido abierto o intervenido por personal no autorizado por Todo en Spa.
- Mal funcionamiento por el uso de accesorios, o productos no recomendados para el buen funcionamiento del equipo.
- Si el número de serie ha sido alterado, removido o borrado.
- Cuando el producto no haya sido utilizado de acuerdo a las instrucciones del manual del usuario.
- En caso de sufrir caídas, fallas debido a descargas eléctricas.

El tiempo de respuesta del diagnóstico será de **5 a 15** días naturales a partir de la fecha de recibido en nuestras instalaciones y en caso de reparación o cambio será en un periodo de 30 días naturales.

Información del consumidor:

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Dirección y Teléfono: \_\_\_\_\_

Modelo del equipo: \_\_\_\_\_ Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

Tiempo de Garantía: \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE:** Favor de leer el manual de usuario

La siguiente garantía será interpretada de acuerdo a la legislación de la CDMX, lugar donde se encuentra la central de Mychway excluyendo cualquier ordenamiento legal que regule los conflictos de leyes. Cualquier desacuerdo primero deberá informarse al representante legal de Mychway para llegar a acuerdos.

ACEPTANDO TERMINOS Y CONDICIONES

REPRESENTANTE Mychway

COMPRADO

R

## 7.- REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Nombre del Equipo: **Micro triangular**

Marca:

MYCHWAY

Modelo:

Serie:

Descripción de la Actividad

Realizada: Nombre del profesional

o Técnico: Firma del Profesional o

técnico Mantenimiento Preventivo

Fecha: Calibración:

Mantenimiento Correctivo Fecha:

Entrega y Capacitación:

Verificación del Próximo

Año:

-Se les recuerda que ante cualquier anomalía que observen en su equipo, se les pide nos llame.

-En Caso de que los sellos sean violados no nos hacemos responsables de costo de reparación.

## **8.- Bitácora de Tratamientos con el equipo**

En este apartado se sugiere llevar un control de cada uno de los tratamientos que se realicen con el equipo con fecha, nombre de operador y tratamiento realizado así como las observaciones permitientes: